

Pilchowice, 06.06.2023 r.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Znak sprawy: 16/ZP/2023/Z

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA:

„Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu: Dobra ergonomia podstawą zdrowia! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Zad. 1. Dostawa 1 szt. łóżka szpitalnego uniwersalnego z materacem z elektryczną bezwysiłkową dla personelu regulacją.

Zad. 2. Dostawa 1 szt. lampy zabiegowej bezcieniowej ze statywem.

Zad. 3. Dostawa 1 szt. wózka zabiegowego.

Zad. 4. Dostawa 2 szt. wózków zabiegowych.

Zad. 5. Dostawa 3 szt. wózków wielofunkcyjnych – reanimacyjnych.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach informuje, iż do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Zad. 5. Dostawa 3 szt. wózków wielofunkcyjnych – reanimacyjnych

Pytanie nr 1.

Dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w solidne, podwójne koła o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadą, a 1 z funkcją jazdy na wprost?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2.

Dotyczy pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego fronty szuflad wyposażone są w uchwyty z tworzywa ABS (bez ostrych krawędzi)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3.

Dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w dodatkowy, wysuwany blat boczny z tworzywa ABS, bez nakładki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4.

Dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych kolumnach aluminiowych, ściany boczne i tylnia wykonane są z lekkiego, nierdzewnego kompozytu aluminium, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert, w związku z czym zmianie ulega rozdział 8 Zaproszenia do składania ofert, który otrzymuje brzmienie:

„MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój: sekretariat Szpitala w Pilchowicach **w zamkniętej kopercie opisanej** „Oferta do Zaproszenia do składania ofert – Znak sprawy: 16/ZP/2023/Z”, albo drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@szpital-pilchowice.pl, w terminie do dnia **13.06.2023 r. do godz. 10:00.**”

Zamawiający

DYREKTOR

Lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska