



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



31/ZP/2022/Z

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice

Pilchowice, 14.11.2022

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Na

„Wideodomofony w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

Opracował:

Mariusz Hajok

### **1. Nazwa zamówienia:**

Wideodomofony w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

### **2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk wideodomofonów, składających się z kaset zewnętrznych i jednostek odbiorczych.

### **3. Opis stanu istniejącego:**

W istniejącym budynku szpitala są zainstalowane drzwi przeciwpożarowe które są ciężkie oraz wyposażone w samozamykacze.

Zrealizowanie przedmiotu zamówienia ma zapewnić możliwość komunikacji pacjentów z personelem w celu wezwania pomocy w otwarciu drzwi.

### **4. Zakres zamówienia i dostawy**

Dostawa wideodomofonów w Szpitalu Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach.

- a. System bezprzewodowy, radiowy.
- b. Kaseca zewnętrzna natynkowa z integrowana kamerą wraz z uchwytem – zasilanie bateryjne-warunek konieczny.
- c. Jednostka odbiorcza wyposażona w monitor znajdująca się docelowo w dyżurce pielęgniarskiej składająca się z bazy ładującej, zasilacza, panelu/słuchawki do rozmów wideo wraz z baterią - zasilane z sieci
- d. Możliwość przypisania do jednostki odbiorczej minimum 2 kaset zewnętrznych lub więcej
- e. Kaseca wewnętrzna wyposażona w przycisk o średnicy min 20mm. Przycisk na kasecie zewnętrznej powinien być wyczuwalny przez osobę niewidzącą lub słabo widzącą.
- f. Kaseca zewnętrzna będzie mocowana do ościeżnicy lub do ściany.
- g. Urządzenie dopuszczone do obrotu na rynku polskim i posiadające certyfikat CE (oznaczenie znakiem CE stanowiące deklarację producenta, że wyrób wprowadzony do obrotu spełnia wymagania zharmonizowane określone w aktach unijnego prawodawstwa zharmonizowanego. Nie mylić ze znakiem CE oznaczającym „China Eksport”)

**5. Termin wykonania:** do 25.11.2022r.

### **6. Kody CPV**

**32552600-3** - Domofony

### **7. Integralność dokumentów**

Niniejszy SOPZ jest podstawą do realizacji Zamówienia/Umowy.