

Pilchowice 07.12.2022r

**Szpital Chorób Płuc
im. św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice**

Nr sprawy: 39/ZP/2022/Z

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi do zapytania

**Dotyczy postępowania prowadzonego w procedurze zaproszenia do składania ofert na:
„Zakup i montaż wraz z uruchomieniem myjni do mycia i dezynfekcji endoskopów
giętkich.”**

Pytanie nr 1 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SOPZ tabela, pkt A6.

Czy Zamawiający dopuści zapis: Automatyczne wyłączenie urządzenia po przekroczeniu krytycznej temperatury wody lub powietrza biorących udział w cyklu pracy. Proszę podać temperaturę nastaw zabezpieczeń lub praca urządzenia w niskiej temperaturze(bez podgrzewania) wody i powietrza.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zapis: Automatyczne wyłączenie urządzenia po przekroczeniu krytycznej temperatury wody lub powietrza biorących udział w cyklu pracy. Proszę podać temperaturę nastaw zabezpieczeń lub praca urządzenia w niskiej temperaturze(bez podgrzewania) wody i powietrza.

Pytanie nr 2 Dotyczy Załącznika nr 1 do SOPZ tabela, pkt A7.

Czy Zamawiający dopuści zapis: Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów kompatybilnych z oferowaną myjnią.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zapis: Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów kompatybilnych z oferowaną myjnią. Przed zastosowaniem innego środka niż wskazane przez Zamawiającego konieczne jest podanie Zamawiającemu nazwy płynów i producentów.

Pytanie nr 3 Dotyczy Załącznika nr 1 do SOPZ tabela, pkt A8.

Czy Zamawiający dopuści zapis: Myjnia-dezynfektor do endoskopów giętkich. Pozwalająca na wykonanie niskotemperaturowego wysokiego poziomu dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zapis: Myjnia-dezynfektor do endoskopów giętkich. Pozwalająca na wykonanie niskotemperaturowego wysokiego poziomu dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego.

Pytanie nr 4 Dotyczy Załącznika nr 1 do SOPZ tabela, pkt A16.

Czy Zamawiający dopuści zapis: Zestaw środków myjących i dezynfekcyjnych rekomendowanych w skuteczności działania myjni na okres co 1 miesiąca kompatybilne z materiałami stosowanymi w endoskopach giętkich.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zapis: Zestaw środków myjących i dezynfekcyjnych rekomendowanych w skuteczności działania myjni na okres co 1 miesiąca kompatybilne z materiałami stosowanymi w endoskopach giętkich Olympus modele Wideobronchoskop Olympus BF-1TQ170 numer seryjny 2800638 oraz z numerem 2900746 Bronchoskop ultrasonogaficzny OLYMPUS BF-UC190F numer seryjny 7010785

Pytanie nr 5 Dotyczy Załącznika nr 1 do SOPZ tabela, pkt A23.

Czy Zamawiający dopuści zapis: Automatyczny test szczelności w czasie trwania całego cyklu, z automatycznym przerwaniem pracy w przypadku wykrycia nieszczelności bronchofiberoskopu lub utrzymaniem nadciśnienia w endoskopie pozwalającym na bezpieczne zakończenie procesu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zapis: Automatyczny test szczelności w czasie trwania całego cyklu, z automatycznym przerwaniem pracy w przypadku wykrycia nieszczelności bronchofiberoskopu lub utrzymaniem nadciśnienia w endoskopie pozwalającym na bezpieczne zakończenie procesu oraz komunikat na myjni o wykryciu nieszczelności bronchofiberoskopu.

Pytanie nr 6 Dotyczy Załącznika nr 1 do SOPZ tabela, pkt A27.

Czy Zamawiający dopuści zapis: Wykonywanie przeglądów zgodnie z zalecaniami producenta.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zapis: Wyświetlanie z wyprzedzeniem komunikatu o zbliżającej się konieczności wykonania przeglądu lub wykonywanie przeglądów zgodnie z zalecaniami producenta.

Pytanie nr 7 Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania naprawy.” ?

Odp. Pytanie nr 7 Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 15

Zamawiający dopuści zapis: Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania naprawy

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje wzór umowy w następujący sposób:

Było:

§ 11 ust. 15

15. Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 1 dzień ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania naprawy.

Jest:

§ 11 ust. 15

15. Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania naprawy.

Pytanie nr 8 Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 1, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 200zł do 100zł ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Pytanie nr 9 Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Pytanie nr 10 Dotyczy Załącznika nr 1 do SOPZ tabela, pkt B10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zapis: *Dostępność serwisu, oprogramowania, części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty montażu u Zamawiającego .*

Załączniki:

1. *Zmodyfikowany wzór umowy w zakresie § 11 ust. 15*

Zamawiający

D Y R E K T O R

lek. med. Joanna Mestrój-Ostrowska