

Pilchowice dnia: 2021-09-09

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę kapnografu dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach" – znak sprawy 18/ZP/2021/Z.

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, udostępnia poniżej treść zapytania do zaproszenia (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 03.09.2021 r. Specyfikacja techniczna kapnograf – 1 szt.) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 03.09.2021 r. Nr spr. 18/ZP/2021/Z

Specyfikacja techniczna kapnograf – 1 szt.

2	Metody pomiaru	Pomiar CO ₂ w strumieniu głównym i strumieniu bocznym	TAK	
---	----------------	--	-----	--

Jest zapis w metoda pomiaru:

Pomiar CO₂ w strumieniu głównym i strumieniu bocznym.

Czy Zamawiający może dokonać zmiany na: Pomiar CO₂ w strumieniu głównym lub strumieniu bocznym.

Z uwagi na to iż, to samo urządzenie nie może być stosowane do różnych metod pomiarów ponieważ różnią się zastosowanymi czujnikami CO₂

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga urządzenia wykonującego pomiar CO₂ w strumieniu bocznym, dopuszcza się urządzenie wykonujące pomiar dodatkowo w strumieniu głównym.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający działając na podstawie pkt.8.5 i 8.6 Zaproszenia do składania ofert dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do Zaproszenia do składania ofert „Specyfikacja techniczna kapnografu”, w następujący sposób:

Przed zmianą było:

2	Metody pomiaru	Pomiar CO ₂ w strumieniu głównym i strumieniu bocznym	TAK	
---	----------------	--	-----	--

Po zmianie jest:

2	Metody pomiaru	Wymagany pomiar CO ₂ w strumieniu bocznym, dopuszcza się urządzenie wykonujące pomiar dodatkowo w strumieniu głównym	TAK	
---	----------------	---	-----	--

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści Zaprośzenia stają się wiążące.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający:

Z-CA DYREKTORA
ds. PIEŁĘGNIARSTWA
mgr piel. Danuta Markłowska

Załączniki:

Załącznik nr 2 do Zaprośzenia do składania ofert - „Specyfikacja techniczna kapnografu” po modyfikacji z dnia 09.09.2021 r.